


Leitungsanschluß wahlweise in
3- oder 4-Leitertechnik

Schutzrohr-
Werkstoff
1.4541

Schrumpfschlauchüberzug

Meßwiderstand lieferbar in
Genauigkeitsklasse B oder
1/3 DIN IEC 751

						Einlegefühler	
					TAG	NAME	
				Bearb	24.10.97	a.maschmann	Bauform : TG 28 — Maßstab 1 : 1
				Gepr.			
				Norm			
				F.PLÖGER		Zeichnung Nr. : H 100 - 028	CAD File
AUS GABE	ÄNDERUNG	TAG	NAME	PLÖGER SENSOR GMBH		Ersatz für Zeichnung Nr.	TF 028-000